

[Medisyn:1150, QC:566], ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
2017 11 [4 - EL2017111032]

| Παράμετρος | Τιμή | Μέσος όρος | Μον. Μέτρησης | z-score (SDI) | Bias% | Μέθοδος | Αναλυτής |
|-------------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--|-----------------------|
| HDL | 42.00 | 41.64 | mg /dL | 0.13 | 0.87 | CHOD/POD PEG | Integra |
| Κάλιο | 3.94 | 3.94 | mmol/L | -0.02 | -0.06 | Ion Selective Electrode method - direct | Spotlyte (ISE DIRECT) |
| Νάτριο | 139.60 | 140.63 | mmol/L | -0.26 | -0.73 | Ion Selective Electrode method - direct | Spotlyte (ISE DIRECT) |
| CK | 222.60 | 212.93 | U/L | 0.67 | 4.54 | CK-NAC (IFCC) | Integra |
| LD (LDH) | 216.00 | 209.20 | U/L | 0.91 | 3.25 | LACTATE TO PYRUVATE METHODS | Integra |
| ALP | 120.00 | 125.13 | U/L | -0.73 | -4.10 | AMP, optimised to IFCC | Integra |
| γGT | 46.30 | 45.18 | U/L | 0.54 | 2.48 | Gamma glutamyl-3-carboxy-4-nitroanalide (IFCC) | Integra |
| ALT (GPT) | 36.00 | 33.39 | U/L | 1.87 | 7.80 | Tris buffer without pyridoxal - 5 - phosphate | Integra |
| AST (GOT) | 34.00 | 32.55 | U/L | 1.16 | 4.45 | Tris buffer without pyridoxal - 5 - phosphate | Integra |
| Χολερυθρίνη Άμεση | 0.93 | 1.05 | mg /dL | -1.62 | -11.44 | DPD | Integra |
| Χολερυθρίνη Ολική | 1.61 | 1.53 | mg /dL | 0.83 | 5.13 | DIAZO | Integra |
| Σίδηρος | 100.60 | 106.93 | μg/dL | -0.99 | -5.92 | Ferrozine | Integra |
| Φωσφόρος | 4.60 | 4.69 | mg /dL | -0.61 | -2.02 | PHOSPHOMOLYBDATE | Integra |
| Μαγνήσιο | 2.35 | 2.24 | mg /dL | 1.29 | 5.05 | Chlorphosphonazo III | Integra |
| Ασβέστιο | 9.40 | 9.24 | mg /dL | 0.55 | 1.69 | P NM-BAPTA | Integra |
| Κρεατινίνη | 1.32 | 1.27 | mg /dL | 0.64 | 3.89 | PICRATE CINETIC | Integra |
| Τριγλυκερίδια | 97.00 | 93.23 | mg /dL | 1.14 | 4.04 | Glycerolphosphate oxidase enzymatic | Integra |
| Ουρικό Οξύ | 6.00 | 5.78 | mg /dL | 1.22 | 3.74 | Uricase peroxidase | Integra |
| Χοληστερίνη | 150.00 | 153.45 | mg /dL | -0.68 | -2.25 | CHOD/POD | Integra |
| Ουρία | 42.00 | 40.94 | mg /dL | 0.44 | 2.58 | Urease, kinetic | Integra |
| Σάκχαρο | 112.00 | 110.29 | mg /dL | 0.63 | 1.55 | Hexokinase | Integra |

Τέλος αναφοράς

Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν το συγκεκριμένο δείγμα, εργαστήριο και παράμετρο και είναι εμπιστευτικά

Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης εκδόθηκαν και εγκρίθηκαν από Stavros Axarlis 18/12/2017