

[Medisyn:1150, QC:566], ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ορμόνες και Καρκινικοί Δείκτες  
 2017 11 [2 - EL2017111627EC]

Παράμετρος	Τιμή	Μέσος όρος	Μον. Μέτρησης	z-score (SDI)	Bias%	Μέθοδος	Αναλυτής
CA 15-3	11.07	10.63	U/mL	0.34	4.14	Όλοι οι Αναλυτές	Biomerieux Vidas
CA-125	4.17	4.48	U/mL	-1.09	-6.88	Όλοι οι Αναλυτές	Biomerieux Vidas
CA 19-9	5.85	6.30	U/mL	-1.06	-7.08	Όλοι οι Αναλυτές	Biomerieux Vidas
PSA	28.18	28.71	ng/mL	-0.21	-1.86	Όλοι οι Αναλυτές	Biomerieux Vidas
AFP	219.50	258.42	ng/mL	-1.00	-15.06	Όλοι οι Αναλυτές	Roche Ανοσολογικοί
CEA	48.04	48.51	ng/mL	-0.15	-0.97	Όλοι οι Αναλυτές	Biomerieux Vidas
Ferritin	22.70	212.86	ng/mL	-1.48	-89.34	Όλοι οι Αναλυτές	Βιοχημικός αναλυτής
Oestradiol	325.80	324.42	pg/mL	0.06	0.43	Όλοι οι Αναλυτές	Roche Ανοσολογικοί
HCG	406.30	404.35	IU/L	0.05	0.48	Όλοι οι Αναλυτές	Roche Ανοσολογικοί
Testosterone	6.53	7.53	ng/mL	-1.32	-13.24	Όλοι οι Αναλυτές	Biomerieux Vidas
Progesterone	51.40	48.02	ng/mL	0.89	7.03	Όλοι οι Αναλυτές	Biomerieux Vidas
Prolactin	50.98	55.32	ng/mL	-0.92	-7.84	Όλοι οι Αναλυτές	Roche Ανοσολογικοί
FSH	59.45	62.92	IU/L	-0.68	-5.52	Όλοι οι Αναλυτές	Roche Ανοσολογικοί
LH	56.91	63.01	IU/L	-1.23	-9.68	Όλοι οι Αναλυτές	Roche Ανοσολογικοί
TSH	21.00	21.41	mU/L	-0.34	-1.93	Όλοι οι Αναλυτές	Roche Ανοσολογικοί

Τέλος αναφοράς

Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν το συγκεκριμένο δείγμα, εργαστήριο και παράμετρο και είναι εμπιστευτικά

Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης εκδόθηκαν και εγκρίθηκαν από Stavros Axarlis 18/12/2017